



## Recommandation – Mesures Qualité / ANQ

<b>Demande N°</b>	17_001
-------------------	--------

Suivi de la demande	Date	Statut
Remise le	07.07.2017	
1er traitement	05.09.2017	Acceptée
2ème traitement		
Soumise à l'ANQ à titre de recommandation le:	18.09.2017	
Publié sur le site internet de H+ :	18.09.2017	

### Indication des références

Mesure Qualité	SIRIS
Auteur de la demande (institution)	Fédération des hôpitaux vaudois, Groupe de cliniques privées Hirslanden

### 1. Situation initiale / problématique

Le Registre des implants SIRIS publie un rapport intitulé "Annual Report of the Swiss National Joint Registry, Hip and Knee". Ce rapport présente des indicateurs sociodémographiques et cliniques à propos des patients et des interventions, dans le domaine des prothèses de genou de hanche.

Ces indicateurs ne permettent pour l'instant pas aux hôpitaux de se comparer à d'autres et, de ce fait, de rechercher des améliorations.

### 2. Proposition de solution

Donner aux hôpitaux participant au registre SIRIS un retour d'information sur les caractéristiques de leurs patients, de leurs interventions, ainsi que des indicateurs leur permettant d'évaluer leur propre performance.

### 3. Utilité et conséquences sur la mesure de la qualité

Grâce aux évaluations et à la publication au niveau des hôpitaux, le Registre des implants SIRIS acquiert une importance accrue. La solution proposée a pour but de stimuler l'amélioration continue institutionnelle, au sein des établissements participant au registre SIRIS.

#### 4. Autres conséquences

Il convient d'éviter que ces indicateurs ne soient utilisés pour des rankings d'hôpitaux (risque inhérent à plusieurs indicateurs ANQ). Pendant quelques années, il convient de ne pas prévoir de publication ouverte de ces indicateurs, jusqu'à ce que tous les enjeux méthodologiques aient pu être identifiés et réglés.

#### Recommandation de la FKQA

La demande est acceptée à l'unanimité: outre les évaluations au niveau national, il convient de mettre à disposition aussi vite que possible des évaluations au niveau des hôpitaux.

La Commission technique Qualité somatique aiguë recommande à l'ANQ de commencer à examiner les possibilités d'extension au niveau des hôpitaux. Dans un premier temps, les nombres de cas par hôpital pour les implantations primaires de la hanche et du genou selon l'indication ainsi que les interventions de révision seraient envisageables.

<b>Lieu, date</b>	Berne, 18.09.2017	
<b>Nom &amp; signature</b>	H+ Les Hôpitaux de Suisse FKQA Isabelle Praplan	